

进口产品专家组论证意见公示

采购人 (盖章)	广安市疾病预防控制中心			
政府采购 进口产品 论证专家 名单	姓名	工作单位	职称	专业
	段远航	广安市人民医院	高级工程 师	技术
	蒋正益	广安市中心血站	/	/
	李莉	广安市公共资源交易中 心	/	/
	叶青	广安新创科技发展有限 公司	律师	法律
	邵林	岳池县疾病预防控制中 心	高级工程 师	技术
专家组论 证意见	<p>技术专家意见：</p> <p>一、麦氏比浊仪</p> <p>1、拟采购的麦氏比浊仪主要用于测定安瓿瓶中配制的菌液浓度，测定结果显示为麦氏浊度（McF）；主要用于实验室 PFGE 实验，实验过程中需要使用 6.5McF 的浊度。</p> <p>2、目前国内同类产品情况：</p> <p>国产设备检测范围最大只能到 5.0McF，不能满足 6.5Mcf 的实验需求；而进口仪器麦氏浊度检测范围 0.5McF 至 7.0McF，能满足实验所需。</p> <p>综上所述，进口产品完全满足采购单位实际需求，而国产同类产品不能完全或同时满足需求，且以上产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，建议采购进口产品，但不排斥国内同类产品参与竞争。</p> <p>二、检验检测用耗材：</p> <p>1、为进一步提升疾病防控及检验检测能力，我中心实验室相继配置了进口的伯乐脉冲场凝胶电泳系统、岛津气相色谱质谱联</p>			

的固定配套试剂，现目前国内无试剂厂商生产可替代产品。
 综上所述，进口产品完全满足采购单位实际需求，而国产同类产品不能完全或同时满足需求，且以上产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品，建议采购进口产品，但不排斥国内同类产品参与竞争。

拟采购 清单	序号	产品名称	数量
	1	麦氏比浊仪	1
	2	α能谱氦气检测仪	1
	3	检验检测耗材	详见采购 清单
	4	流量校准器	1
	5	检验检测试剂	详见采购 清单
其他 事项	<p>相关单位和个人对专家组论证意见有异议的，可以自本公示发出之日起3个工作日内，将书面意见（包括异议具体事项和内容、联系人姓名和联系方式等）反馈至采购人。</p> <p>采购人联系人：郭钰茹 电话：2629032 传真：</p>		

进口产品拟采购清单

采购人		广安市疾病预防控制中心		
序号	产品名称	数量	金额(万元)	专家组采购建议 (同意或不同意)
1	Seakem Gold 琼脂糖 (金胶)	2 瓶	合计 1.92 万元	
2	20%SDS	1 瓶		
3	10%SLS	1 瓶		
4	蛋白酶 K	1 支		
5	限制性内切酶 XbaI bufferM	1 套		
6	4Sgelred 核酸染色剂	1 支		
7	溶葡萄球菌酶	1 支		
8	HAING-Bolt48 补充试剂	1 盒		
9	Vitek-2 革兰氏阳性鉴定卡	2 盒		
10	Vitek-2 革兰氏阳性鉴定卡	2 盒		
专家组成员签字:				

注:

1. 有 2 个及以上拟采购产品的, 必须填写此清单;
2. 专家组需逐项提出采购建议。